BLISS™

Instrumentos Bliss™
Proceso de limpieza y esterilización

Bliss by Acteon

Todos los instrumentos dentales deben desinfectar, limpiar y esterilizarse antes de cada uso.

Para la gama Bliss™: Utilice detergentes y soluciones de pH neutro.

La zona de color de los mangos está hecha de aluminio anodizado y las mangas son de silicona. Las zonas de trabajo de los instrumentos Bliss™ están hechas de acero inoxidable.

La anodización es un proceso de oxidación electroquímica acelerada que fortalece la capa de óxido superficial del aluminio, haciéndolo más resistente a la corrosión. En todos los intrumentos Bliss™ se realiza un sellado reforzado con certificación ISO 2143.

BLISS™

Instrumentos Bliss™ - Proceso de limpieza y esterilización

Proceso a seguir

Descontaminación por inmersión en una solución enzimática.
Respete los tiempos de remojo y las dosis de disolución recomendadas por los fabricantes.

Limpieza ultrasónica o por termolavadora.
Compruebe que los productos utilizados sean aptos para el aluminio.

Esterilización en autoclave a 134 °C durante 18 minutos (132 °C durante 4 minutos - ciclo EE. UU.) en atmósfera húmeda (agua desmineralizada) en una bolsa estéril. Enjuague y seque el instrumento antes de colocarlo en el autoclave.

Recomendaciones para una limpieza y esterilización óptimas

Recomendamos el uso de la **bandeja Easy Clip** (ref. 233.30) para la limpieza y esterilización de los instrumentos Bliss™ con el fin de preservar el buen estado de los instrumentos y evitar cualquier contacto con instrumentos de acero inoxidable. Como se indica en las instrucciones a continuación, se recomienda encarecidamente la esterilización en autoclave.
Instrucciones de limpieza y esterilización

/!\ Para instrumentos de aluminio, se recomienda un **pH de 4 a 8 como máximo**. Se deben evitar los productos alcalinos, demasiado ácidos, con sosa o potasa cáusticas. De hecho, un instrumento de aluminio **se trata de manera diferente** a un instrumento de acero inoxidable. Algunos productos de descontaminación son incompatibles con el aluminio, consulte las instrucciones para estos productos.

/!\ Requiere una carga máxima de material (ver recomendación según el fabricante del autoclave) para la esterilización a una temperatura constante de 134 °C durante 18 minutos (132 °C - 4 minutos - ciclo EE. UU.) en atmósfera húmeda (agua desmineralizada).

/!\ Para no dañar los mangos, es importante no poner los instrumentos Bliss™ en contacto con acero inoxidable o instrumentos afilados durante la limpieza y esterilización.

Nota: para todas las pruebas, utilizamos Dentasept® 3H Rapide (solución al 2% - pH neutro compatible con todo tipo de materiales y Septol Instruments Enzymatic (pH neutro compatible con aleaciones de aluminio).

BLISS™

Instrumentos Bliss™ - Proceso de limpieza y esterilización

Proceso de calidad

En caso de devolución de instrumentos por defecto de calidad, es **imperativo** completar el formulario a continuación y enviarlo con los instrumentos correspondientes a:
Céline KOZIOL - 3 La Marnasse, 63880 OLLIERGUES, Francia.
Formulario de devolución

Información general

Para la gama Bliss™: utilice soluciones de pH neutro.

- Descontaminación por inmersión en una solución enzimática.
  Respete los tiempos de remojo y las dosis de disolución recomendadas por los fabricantes.
- Limpieza ultrasónica o por termolavadora.
  Compruebe que los productos utilizados sean aptos para el aluminio.
- Esterilización en autoclave a **134 °C durante 18 minutos** (132 °C - 4 minutos - ciclo EE. UU.) en bolsa estéril o en bandeja Easy Clip.
  Enjuague y seque el instrumento antes de colocarlo en el aut oclave.

Los instrumentos de acero inoxidable no deben estar en contacto con instrumentos de aluminio durante la limpieza y el remojo (riesgo de electrólisis).

Se recomiendan las bandejas Easy Clip (ref. 233.30) para la limpieza de los instrumentos Bliss™.

Todas las pruebas de limpieza y esterilización requeridas por la norma ISO[1] se realizaron en los instrumentos Bliss™ siguiendo las condiciones recomendadas en las instrucciones -> no se observó degradación ni modificación.

1- ISO 13397-1, ISO 9873, ISO 3630-3, ISO 23940

Bliss™: Productos sanitarios de clase I - CE - Fabricante: Prodont Holliger ACTEON® Group - Francia.
Fecha de creación: Septiembre de 2021

ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Pol. Ind. Can Clapers I Avda. Principal Nº 11H I 08181 SENTMENAT I BARCELONA
Tel + 34 900 104 423 I E-mail: info.es@acteongroup.com I www.acteongroup.com/es

ACTEON