BLISS®

Instruments Bliss®
Processus de nettoyage & de stérilisation

Bliss by Acteon

Tous les instruments dentaires doivent être désinfectés, nettoyés et stérilisés avant chaque utilisation.

Pour la gamme Bliss® : Veuillez utiliser impérativement des solutions à pH neutre.

La partie colorée des manches des instruments Bliss® est fabriquée en aluminium anodisé et les manchons sont en silicone. Les parties travaillantes des instruments Bliss® sont en acier inoxydable.

L'anodisation est un processus électrochimique d'oxydation accéléré qui renforce la couche d'oxyde superficielle de l'aluminium, ce qui le rend plus résistant à la corrosion. Nous procédons à un colmatage renforcé certifié ISO 2143 sur tous les instruments Bliss®.

Instruments Bliss® - Processus de nettoyage & de stérilisation

Procédure à suivre

Décontamination par trempage dans une solution enzymatique.
Bien respecter les temps de trempage et les dosages de dilution préconisés par les fabricants.

Nettoyage aux ultrasons ou au thermo-laveur.
Vérifier que les produits utilisés avec les appareils soient adaptés à l'aluminium.

Stérilisation en autoclave 134°C pendant 18 minutes sous atmosphère humide (eau déminéralisée) en sachet stérile.
Bien rincer et sécher les instruments avant passage à l'autoclave.

Recommandations de nettoyage et de stérilisation

Nous recommandons l'utilisation de la **cassette Easy Clip** (réf. 233.30) pour le nettoyage et la stérilisation des instruments Bliss® afin de préserver le bon état des instruments et d'éviter tout contact avec des instruments en inox. Comme indiqué sur la notice, la stérilisation par autoclave est vivement recommandée.
Notice de traitement des dispositifs médicaux.pdf

/!\ Pour les instruments en aluminium, il est recommandé un **pH de 4 à 8 maximum**. Les produits alcalins, trop acides, avec soude ou potasse sont à proscrire. En effet, un instrument en aluminium se **traite différemment** d'un instrument en inox. Certains produits de décontamination sont incompatibles avec l'aluminium, se reporter à la notice de ces produits.

/!\ La stérilisation requiert une charge maximale de matériel (voir recommandations du fabricant) pour une stérilisation à température constante de 134°C pendant 18 minutes sous atmosphère humide (eau déminéralisée).

/!\ Il est très important de ne pas mettre directement en contact lors du nettoyage et de la stérilisation des instruments Bliss® (ou tout autre instrument en aluminium) avec des instruments tout inox et/ou tranchants et/ou coupants afin de ne pas détériorer les manchons.

Note: pour les différents tests, nous avons utilisé le Dentasept® 3H Rapide solution 2 % (pH neutre compatible avec tous types de matériaux et Septol Instruments Enzymatic (pH neutre compatible avec les alliages d'aluminium).

Instruments Bliss® - Processus de nettoyage & de stérilisation

Process qualité

En cas de retours qualité instruments, il est impératif de faire remplir le formulaire ci-dessous et de le renvoyer avec les instruments concernés à :
Céline KOZIOL – 3, La Marnasse, 63880 OLLIERGUES, France.
Formulaire de retour

Synthèse

Pour la gamme Bliss® : Veuillez utiliser impérativement des solutions à pH neutre.

- Décontamination par trempage dans une solution enzymatique
  Bien respecter les temps de trempage et les dosages de dilution préconisés par les fabricants
- Nettoyage aux ultrasons ou au thermo-laveur
  Vérifier que les produits utilisés avec les appareils soient adaptés à l'aluminium
- Stérilisation en autoclave **134°C pendant 18 minutes** en sachet stérile ou en cassette EasyClip
  Bien rincer et sécher les instruments avant passage à l'autoclave

Les instruments en inox ne doivent pas être mis en contact avec les instruments en aluminium lors du nettoyage et du trempage (risque d'électrolyse).

Les cassettes Easy Clip (ref. 233.30) sont recommandées pour le nettoyage des instruments Bliss®.

Tous les tests de nettoyages et stérilisations requis par la norme ISO[1] ont été réalisés sur les instruments Bliss® en suivant les conditions préconisées dans la notice -> aucune dégradation ou modification n'a été observée.

1- ISO 13397-1, ISO 9873, ISO 3630-3, ISO 23940

Bliss® : Dispositifs médicaux de Classe I - CE - Fabricant : Prodont Holliger ACTEON® Group - France
Modification : Novembre 2021

PRODONT HOLLIGER, a company of ACTEON Group
3, La Marnasse, 63880 OLLIERGUES - France - Tel. +33 (0) 473 955 642
E.mail: prodont-holliger@acteongroup.com - www.acteongroup.com