BLISS®

Bliss®-Instrumente
Reinigung und Sterilisation

Bliss by Acteon

Alle zahnmedizinischen Instrumente sollten vor jeder Verwendung desinfiziert, gereinigt und sterilisiert werden.

- **Für die Bliss®-Produktserie: Verwenden Sie Reinigungsmittel und pH-neutrale Lösungen.**

Der farbige Teil der Griffe besteht aus eloxiertem Aluminium und die Griffe bestehen aus Silikon. Die Arbeitsteile der Bliss®-Instrumente sind aus Edelstahl gefertigt.

Das Eloxieren ist ein beschleunigter elektrochemischer Oxidationsprozess, der die Oxidschicht auf der Oberfläche des Aluminiums korrosionsbeständiger macht. Alle Bliss®-Instrumente werden nach einem nach ISO 2143 zertifizierten Verfahren verstärkt verdichtet.

Bliss®-Instrumente - Reinigung- und Sterilisationsanweisung

Prozess folgt

Dekontamination durch Einweichen in eine enzymatische Lösung.
Beachten Sie die vom Hersteller empfohlenen Einweichzeiten und Dosierungsanweisungen.

Ultraschallreinigung oder Reinigung im Thermodesinfektor.
Überprüfen Sie, ob die verwendeten Produkte für Aluminium geeignet sind.

Sterilisation im Autoklaven bei 134 °C für 18 Minuten) bei feuchter Atmosphäre (demineralisiertes Wasser) in einem sterilen Beutel. Das Instrument vor der Sterilisation im Autoklaven abspülen und trocknen.

Empfehlungen für eine optimale Reinigung und Sterilisation

Wir empfehlen für die Reinigung und Sterilisation von Bliss®-Instrumenten die Verwendung der **Easy Clip** Kassette (Ref. 233.30), um eine Beschädigung der Instrumente und Kontakt mit Instrumenten aus Edelstahl zu vermeiden. Wie in den nachstehenden Anweisungen angegeben, wird die Sterilisation im Autoklaven nachdrücklich empfohlen.
Cleaning and sterilization instructions.pdf

/!\ Für Instrumente aus Aluminium wird ein **pH-Wert von 4 bis maximal 8 empfohlen**. Vermeiden Sie zu säurehaltige alkalische Reinigungsmittel, die Natrium oder Kalium enthalten. Beachten Sie, dass Aluminiuminstrumente anders zu behandeln sind als Instrumente aus Edelstahl. Manche Dekontaminationsmittel eignen sich nicht für Aluminium. Bitte beachten Sie die Anweisungen für diese Produkte.

/!\ Für eine Sterilisation bei einer konstanten Temperatur von 134 °C für 18 Minuten bei feuchter Atmosphäre (demineralisiertes Wasser) ist eine Höchstbeladung zu beachten (siehe die Empfehlung des Autoklaven-Herstellers).

/!\ Um eine Beschädigung der Griffe zu vermeiden, dürfen Bliss®-Instrumente während der Reinigung und Sterilisation nicht mit Instrumenten aus Edelstahl oder scharfen Instrumenten in Kontakt kommen.

Hinweis: Wir haben für alle Tests Dentasept® 3H Rapide (2%ige Lösung – pH-neutral, kompatibel mit allen Arten von Materialien, und Septol™ Instruments Enzymatik (pH-neutral, kompatibel mit Aluminiumlegierungen) verwendet.

Bliss®-Instrumente - Reinigung- und Sterilisationsanweisung

Qualitätsmanagement

Im Reklamationsfall ist das unten aufgeführte Formular auszufüllen und den zu reklamierenden Instrumenten beizulegen. Anschrift für Rücksendungen:
Céline KOZIOL - 3, La Marnasse, 63880 OLLIERGUES, France
Return form

Überblick

Für die Bliss®-Produktserie: Bitte verwenden Sie pH-neutrale Lösungen.

- Dekontamination durch Einweichen in eine enzymatische Lösung
  Beachten Sie die von den Herstellern empfohlenen Einweichzeiten und Dosierungsanweisungen
- Ultraschallreinigung oder Reinigung im Thermodesinfektor
  Überprüfen Sie, ob die verwendeten Produkte für Aluminium geeignet sind
- Sterilisation im Autoklaven bei **134 °C für 18 Minuten** in einem sterilen Beutel oder in der Easy Clip Kassette.
  Das Instrument vor der Sterilisation im Autoklaven abspülen und trocknen.

Instrumente aus Edelstahl dürfen während der Reinigung und des Einweichens nicht in Kontakt mit Aluminiuminstrumenten geraten (Risiko der Elektrolyse).

Für die Reinigung von Bliss®-Instrumenten werden Easy Clip Kassetten (Ref. 223.30) empfohlen.

Alle gemäß ISO1 erforderlichen Reinigungs- und Sterilisationstests wurden mit den Bliss®-Instrumenten unter Einhaltung der in den Anweisungen empfohlenen Bedingungen durchgeführt -> Es wurden keine Beeinträchtigungen oder Veränderungen festgestellt.

1- ISO 13397-1, ISO 9873, ISO 3630-3, ISO 23940

Bliss®: Medizinprodukte der Klasse I – CE – Hersteller: Prodont Holliger ACTEON® Unternehmensgruppe – Frankreich
Entwickelt: November 2021

PRODONT HOLLIGER, ein Unternehmen der ACTEON Unternehmensgruppe
3, La Marnasse, 63880 OLLIERGUES - Frankreich - Tel. +33 (0) 473 955 642
E.mail: prodont-holliger@acteongroup.com - www.acteongroup.com