BLISS®

Strumenti Manuali Bliss®
Processo di pulizia e sterilizzazione

Bliss by Acteon

Tutti gli strumenti odontoiatrici devono essere disinfettati, puliti e sterilizzati prima di ogni utilizzo.

Per la gamma Bliss®: utilizzare detergenti e soluzioni a pH neutro.

La parte colorata dei manici è in alluminio anodizzato e le guaine sono in silicone. La parti lavoranti degli strumenti Bliss® sono realizzate in acciaio inossidabile.

L'anodizzazione è un processo di ossidazione elettrochimica irreversibile che rafforza e protegge lo strato di ossido superficiale di alluminio, rendendolo più resistente alla corrosione. Su tutti gli strumenti Bliss® viene eseguita una sigillatura rinforzata certificata ISO 2143.

Strumenti Manuali Bliss® - Processo di pulizia e sterilizzazione

Passaggi da seguire

Decontaminazione mediante immersione in una soluzione enzimatica.
Rispettare i tempi di ammollo e i dosaggi di diluizione consigliati dai produttori.

Pulizia ad ultrasuoni o termodisinfettore.
Verificare che i prodotti utilizzati siano idonei per l'alluminio.

Sterilizzazione in autoclave 134°C per 18 minuti sotto atmosfera umida (acqua demineralizzata) in busta sterile.
Sciacquare e asciugare lo strumento prima di inserirlo nell'autoclave.

Raccomandazioni per una pulizia e una sterilizzazione ottimali

Si consiglia l'uso della cassetta **Easy Clip** (rif. 233.30) per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti Bliss®, al fine di preservare le buone condizioni degli strumenti ed evitare qualsiasi contatto con strumenti in acciaio inossidabile. Come indicato nelle istruzioni sottostanti, è fortemente consigliata la sterilizzazione in autoclave.
Istruzioni per la pulizia e la sterilizzazione.pdf

/!\ Per gli strumenti in alluminio si consiglia un **pH compreso tra 4 e 8**. Sono da evitare prodotti alcalini, troppo acidi, con soda o potassio. Infatti, uno strumento in alluminio è **trattato in modo diverso** da uno strumento in acciaio inossidabile. Alcuni prodotti di decontaminazione sono incompatibili con l'alluminio, si prega di fare riferimento alle istruzioni per questo tipo di prodotti.

/!\ Richiede un carico massimo di materiale (vedi le raccomandazioni del produttore dell'autoclave) per la sterilizzazione a temperatura costante di 134°C per 18 minuti in atmosfera umida (acqua demineralizzata).

/!\ Per non danneggiare le guaine è importante non mettere gli strumenti Bliss® a contatto con l'acciaio inossidabile o strumenti appuntiti durante la pulizia e la sterilizzazione.

Nota: per tutti i test, abbiamo utilizzato Dentasept® 3H Rapide (soluzione al 2% - pH neutro compatibile con tutti i tipi di materiali e Septol™ Instruments Enzymatic pH neutro compatibile con compatibile con leghe di alluminio).

Strumenti Manuali Bliss® - Processo di pulizia e sterilizzazione

Qualità del processo

In caso di restituzione di strumenti danneggiati, è indispensabile compilare il modulo sottostante e inviarlo con gli strumenti interessati a:
Céline KOZIOL – 3, La Marnasse, 63880 OLLIERGUES, Francia.
Modulo di reso

Panoramica

Per la gamma Bliss®: utilizzare soluzioni a pH neutro.

- Decontaminazione mediante immersione in una soluzione enzimatica:
  Rispettare i tempi di ammollo e i dosaggi di diluizione consigliati dai produttori.
- Pulizia ad ultrasuoni o termodisinfettore:
  Verificare che i prodotti utilizzati siano idonei per l'alluminio.
- Sterilizzazione in autoclave **134°C per 18 minuti** in busta sterile o cassetta Easy Clip:
  Sciacquare e asciugare lo strumento prima di metterlo in autoclave.

Gli strumenti in acciaio inossidabile non devono entrare in contatto con strumenti in alluminio durante la pulizia e l'ammollo (rischio di elettrolisi)

Le cassette Easy Clip (rif. 233.30) sono consigliate per la pulizia degli strumenti Bliss®

Tutti i test di pulizia e sterilizzazione richiesti dalla norma ISO1 sono stati eseguiti sugli strumenti Bliss® seguendo le condizioni consigliate nelle istruzioni -> non è stato osservato alcun degrado o modifica.

1- ISO 13397-1, ISO 9873, ISO 3630-3, ISO 23940

Bliss®: dispositivi medici di classe I - CE - Produttore: Prodont Holliger ACTEON® Group - Francia
Data di creazione: novembre 2021

PRODONT HOLLIGER, una società del Gruppo ACTEON
3, La Marnasse, 63880 OLLIERGUES - Francia - Tel. +33 (0) 473 955 642
E.mail: prodont-holliger@acteongroup.com - www.acteongroup.com